

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ αρ. Λ033-3

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας,
ως ο αρμόδιος Κυπριακός Φορέας Διαπίστευσης,
δυνάμει του Άρθρου 7 του Νόμου 156(I)/2002

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΕΙ το

*Εργαστήριο
SUNDIAL CO LTD – LABORATORY DIVISION*

στη Λεμεσό

το οποίο αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα Κριτήρια Διαπίστευσης για Εργαστήρια Διακριβώσεων όπως αυτά καθορίζονται από το πρότυπο

CYS EN ISO/IEC 17025:2017

ως ικανό να διεξάγει τις **Μεθόδους** που καθορίζονται στο Πεδίο Εφαρμογής που περιέχεται στο **Παράρτημα** του παρόντος του οποίου αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος**. Το **Πεδίο Εφαρμογής** μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά από απόφαση του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης.

Το παρόν Πιστοποιητικό Διαπίστευσης, με αρ. **Λ033-3**, εκδίδεται στις 28 Μαΐου 2020 και ισχύει από τις 8 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Η διαπίστευση χορηγήθηκε για πρώτη φορά στις 8 Σεπτεμβρίου 2011.

Αντώνης Ιωάννου
Διευθυντής

Ημερομηνία : 28 Μαΐου 2020

Το εργαστήριο αυτό είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το αναγνωρισμένο Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17025:2005. Η διαπίστευση αυτή αποδεικνύει την τεχνική επάρκεια για ένα καθορισμένο πεδίο και τη λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Εργαστηρίου (βλ. joint ISO - ILAC-IAF Communiqué 08/01/2009).



ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Παράρτημα
του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης αρ. L 033-3

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

για το

Εργαστήριο
SUNDIAL CO LTD – LABORATORY DIVISION

Ισχύει από 8 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2023

Η νέα έκδοση του CYS EN ISO/IEC 17025:2017 ισχύει από τις 28 Μαΐου 2020

Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης	Περιοχή Μέτρησης	Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)*	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις Όγκου			
Όγκος ύδατος / Ογκομετρικά σιφώνια εμβόλου (πιπέτες)	0,2 μl - 10 μl	0,03...0,2 μl	Σύμφωνα με το: CYS EN ISO 8655-6:2002/Cor. 1:2009 & ISO/TR 20461:2000/Cor 1:2008
	> 10 μl - 100 μl	0,2....0,3 μl	
	> 100 μl....1 ml	0,3.....1 μl	
	> 1 ml - 10 ml	18 μl	

* Για τιμές όγκου ενδιάμεσες των αναφερόμενων τιμών, η αβεβαιότητα εκτιμάται και κλιμακώνεται ανάλογα.

Δικαιώματα υπογραφής των πιστοποιητικών διακρίβωσης έχει η Κα Μαρία Χριστοδούλου.

Γενικές Παρατηρήσεις

Το Παράρτημα αναφέρεται μόνο σε διακριβώσεις που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου, στη διεύθυνση: Επισκόπου Χρυσάνθου/Πάφου 2 (2ος Όροφος), CY - 3022, Λεμεσός.

Αντώνης Ιωάννου
Διευθυντής

Ημερομηνία : 28 Μαΐου 2020

Σελ.1/1

CYPRUS ORGANIZATION FOR THE PROMOTION OF QUALITY
CYPRUS ACCREDITATION BODY



ACCREDITATION CERTIFICATE no. L033-3

The Board of Governors
of the Cyprus Organization for the Promotion of Quality
acting as the authorized Cyprus Accreditation Body
according to the Article 7 of the Law 156(I)/2002

grants ACCREDITATION to the

Laboratory
SUNDIAL CO LTD – LABORATORY DIVISION

in Limassol

which has been assessed according to the Accreditation Criteria for
Calibration Laboratories as defined in the standard

CYS EN ISO/IEC 17025:2017

as **competent to perform the Methods** defined in the Scope of Accreditation referred to in the **Annex** of this certificate; the said Annex represents inextricable part of the certificate. The **Accreditation Scope** can only be modified after a decision of the Cyprus Accreditation Body.

The current Accreditation Certificate, no. **L033-3**, is issued on **28th May 2020** and is valid from **8th September 2019** and is valid till the **7th September 2023**.

Accreditation was granted for the first time on the **8th September 2011**.


Antonis Ioannou
Director

Date: 28 May 2020

This laboratory is accredited in accordance with the recognised International Standard ISO/IEC 17025:2005. This accreditation demonstrates technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management System (ISO-ILAC-IAF Communiqué, 08/01/2009).



CYPRUS ORGANIZATION FOR THE PROMOTION OF QUALITY
CYPRUS ACCREDITATION BODY

Annex

to the Accreditation Certificate no. L 033-3

Scope of Accreditation

of the Laboratory

SUNDIAL CO LTD – LABORATORY DIVISION

Valid as from 8th September 2019 to 7th September 2023

The new version of CYS EN ISO/IEC 17025:2017 is valid from 28th May 2020

Parameter / Calibration	Range of measurements	Calibration & Measurement Capability (k=2)*	Remarks
Volume measurements			
Volume of pipettes	0,2 µl - 10 µl	0,03...0,2 µl	According to: CYS EN ISO 8655- 6:2002/Cor. 1:2009 & ISO/TR 20461:2000/Cor 1:2008
	> 10 µl - 100 µl	0,2....0,3 µl	
	> 100 µl....1 ml	0,3.....1 µl	
	> 1 ml - 10 ml	18 µl	

* For values of volume in between the referred ones, the uncertainty is scaled accordingly.

Authorised person to sign calibration reports is **Ms Maria Christodoulou**.

General Remarks

This Annex refers **only for calibrations** performed **in the premises of the Laboratory**, at the following address: 2, Bishop Chrysanthos of Pafos (2nd floor), CY-3022, Limassol.



Antonis Ioannou
Director

Date: 28 May 2020